



Produit :

Respirateurs à poche KleenGuard™ et Kimtech™ N95 – Avis aux clients

Madame, Monsieur,


Vous recevez le présent avis, car vous avez été désigné comme étant un client de Kimberly-Clark Professional ayant acheté un respirateur à poche KleenGuard™ et/ou Kimtech™ N95 répondant aux critères décrits dans le présent avis. Aucune action n'est requise de la part des utilisateurs, et vous pouvez continuer à utiliser tous les produits restants selon les instructions d'utilisation.

Kimberly-Clark Professional a indiqué que le format du code d'approbation abrégé du NIOSH figurant sur les emballages des respirateurs en vertu du TC-84A-9042 (numéros de pièce : 53899,55358,54065,54066) correspondant aux dates de production des années 2020 à 2022 peut différer du format prévu indiqué dans l'avis ci-dessous. La séquence des logos et le nom de l'entreprise figurant sur les emballages des produits peut différer de ce que les clients s'attendraient à voir sur un code d'approbation du NIOSH. Cette différence n'a pas d'incidence sur l'innocuité ou l'efficacité des respirateurs à poche N95.

Séquence de logos incorrecte



Séquence de logos attendue



Pour toutes questions, veuillez consulter notre site Web à l'adresse [www.kcprofessional.com](http://www.kcprofessional.com) ou communiquer avec nous en composant le 1-800-437-8979.